

实验室安全工作简报

2025 年第 5 期（总第 25 期）





兰州大学生态学院




2025 年 5 月 30 日

为进一步强化安全管理，确保实验设备、危化品、用电用水等环节的安全可控，学院于 5 月 30 日组织开展了本次实验室安全检查工作，重点围绕实验室安全隐患排查、实验设备与危化品管理、用电用水安全以及个人安全防护提醒，旨在全面落实安全责任制，及时发现并整改潜在问题，为本学期科研工作提供坚实的安全保障。学院实验师吴桂莉、王琳参加本次检查工作。

针对本次安全检查发现的问题，要求各实验室结合附表“检查问题汇总表”中记录的安全隐患问题于 6 月 10 日前完成整改，并将整改报告交至岫云楼 120 办公室。对复杂问题需延期整改的，须提交书面说明（含整改方案、预计完成时间及负责人签字）。

附表：检查问题汇总表

序号	房间号	隐患图片	存在的隐患问题
1	岫云楼 204		1. 地面卫生差（张东课题组），水池卫生差。
2	岫云楼 206		1. 地面卫生差，建议水池台面用水垢清除剂擦拭清理。
3	岫云楼 215		1. 使用灭菌锅未如实登记。
4	岫云楼 218		<ol style="list-style-type: none"> 1. 烘箱周围有易燃物（赵序茅课题组）； 2. 插线板未悬挂（张东课题组）； 3. 自习桌卫生极差（李敏洁课题组、任广朋课题组），地面卫生极差； 4. 边台卫生差。

5	岫云楼 222		<p>1. 新增气瓶未固定（立即整改后尽快报备学院），未配有状态标识牌和气体信息及注意事项。</p>
6	逸夫生物楼 704		<p>1. 废液桶标签须朝外，便于辨识。</p>
7	逸夫生物楼 1101		<p>1. 废弃物未回收； 2. 水龙头漏水； 3. 台面卫生差； 4. 通风橱试剂瓶散乱放置未整理。</p>
8	逸夫生物楼 1103		<p>1. 卫生差。</p>

<p>9</p>	<p>逸夫生物楼 1105</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 水龙头漏水; 2. 管制化学品未放回试剂柜; 3. 地面、台面、通风柜卫生极差; 4. 易制毒试剂柜未双锁。
<p>10</p>	<p>逸夫生物楼 1106</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 水池物品堆积; 2. 卫生极差; 3. 插线板未悬挂固定。